

# Deska ortopedyczna



1. Tworzywo sztuczne
2. Zmywalne
3. Przepuszczalne dla promieni X
4. Min. 4 komplety pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo
5. Mocowanie pasów min. 5 na stronę oraz możliwość przepinania pasów bez poruszania pacjenta (poszkodowanego)
6. Zestaw klocków- poduszek do unieruchomienia głowy i kręgosłupa szyjnego z możliwością zmiany punktu pracy pasów mocujących, z możliwością obserwacji uszu poszkodowanego oraz wpływu zamocowania zestawu na możliwości transportowe noszy
7. Ciężar noszy max. 10 kg nośność min. 130 kg
8. Odległość uchwytów noszy od podłoża- min. 2,5 cm
9. Zwężenie końca dystalnego noszy
10. Dodatnia pływerność noszy
11. Wielkość uchwytów transportowych umożliwiająca bezpieczny i wygodny uchwyt w rękawicach używanych w PSP